

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКП на ПХВ «Алматинская
многопрофильная клиническая больница»
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
Ж.М. Молдакулов
18 июня 2019 года



**Протокол №68
итогов закупа изделий медицинского назначения для отделения нейрохирургий,
способом запроса ценовых предложений**

Организатор ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», расположенная по адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б, провела закуп изделий медицинского назначения для нейрохирургий, способом запроса ценовых предложений в соответствии с гл. 10 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее Правила) лекарственных средств и изделий медицинского назначения:

1. Наименование, краткое описание, цена закупаемых товаров, выделенная сумма для закупа:

№	Наименование ИМН	Характеристика	Ед. изм.	Кол- во	Выделенная сумма
1	Стент перенаправляющего потока	Структура стента представляет собой сплетение в один слой 64 отдельных нитиноловых проволок. Визуализация с помощью 8 проксимальных платиновых маркеров и 2 спиральных нитей по всей длине имплантата. Рабочая длина стента 9-36 мм при макс. диаметр сосуда 2-6 мм, Рабочая длина стента 12-48 мм, при мин. диаметре сосуда от 1,5 до 5,5 мм Стент механически отсоединяется. Стент можно полностью (100%) извлекается или переместить до тех пор, пока механически он не отделится от катетера. Совместим с 0,027 "ID MC микрокатетером.	штука	1	3 272 724
2	Стент перенаправляющего потока	Структура стента представляет собой сплетение 48 проволок, изготовленных из DFT (платиновый сердечник с нитинольной наружной трубкой), которые образуют	штука	1	3 272 724

		полностью видимую плетеную сетку, объединяющую рентгеноконтрастность платины с суперэластичной деформируемостью нитинола. Независимо перемещаемый провод доставки для повышенной безопасности. Предназначен для лечения дистальных сосудов с диаметром сосудов от 1,75 до 3 мм. Максимальный диаметр сосуда - 2-3 мм; Длина имплантата в макс. диаметре - 9; 12; 15; 18 мм Минимальный диаметр сосуда - 1,75-2 мм. Длина имплантата в мин. диаметре - 9,9; 12,8; 16,1; 21,3; 25 мм Рентгеноконтрастный маркер указывает «точку невозврата», до которой устройство может быть повторно введено в микрокатетер. Совместим с 0,021 " MC микрокатетром.			
3	Имплант для бифуркаций	Имплант представляет собой внутрисосудистый самораскрывающийся стент для лечения бифуркационных аневризм с широкой шейкой. Стент состоит из 2х спаянных частей: корона и тело. Дистальная корона поддерживает спирали в аневризмах с широкой шейкой и предотвращает выпадение спиралей в просвет артерии. Материал - нитинол. Система самораскрывающаяся. Структура - закрытая ячейка. Обязательное наличие 4 радиомарок на короне и 1 радиомарки на проксимальном конце. Система отсоединения электрическая из кобальт-хромового сплава. Длина тела 15, 20, 25 мм, диаметр shaft 3, 4 мм, диаметр короны 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, длина системы 1-830 мм. Рекомендуемый диаметр	штука	1	1 800 000

		артерий составляет 2,2 - 4,0 мм. Поставляется стерильным. Рекомендуемый микропроводник 0.021"			
4	Баллонный катетер	Баллонный катетер для интрокраниальных стенозов. Длина катетера 160 см, диаметр проксимального shaft - 1.9F/0.63 мм, диаметр дистального shaft - 2.5F/0.83 мм, внутренний профиль 0.016". Низкий профиль: 0,023 - 0.026 ". Размеры: диаметр от 1,25 до 4,0 мм, длина баллона от 10 до 40 мм. Номинальное давление - 6-10 атм; Номинальное давление разрыва - 14-18 атм. Диаметры 1,25 и 1,5 мм не совместимы. Все остальные полусовместимы. «Нулевой профиль» 2 встроенных рентгеновских маркеров, баллонные катетеры диаметром 1,25 и 1,5 мм имеют только один центрально расположенный рентгеновский маркер.	штука	1	270 000

2. Дата и время представления потенциальными поставщиками ценового предложения, информация о присутствовавших потенциальных поставщиках при процедуре вскрытия конвертов:

№ лота	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата и время представления ценового предложения	Присутствовали при процедуре вскрытия конвертов
1	ТОО «А-37»	г. Алматы, ул. Тимирязева 42, Корпус 15	17.06.2019 г. 09 час. 30 мин.	-

3. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:
ТОО «А-37», БИН: 051 140 004 027.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Стент перенаправляющего потока р64	штука	1	3 272 524	штука
2	Стент перенаправляющего потока р48, р48 НРС	штука	1	3 272 524	штука
3	Имплант для бифуркаций Rconus, Rconus2, Rconus НРС	штука	1	1 799 800	штука
4	RX Neuro PTA Баллонный катетер	штука	1	269 800	штука

4. На основании представленных заявок организатор закупок решил:

- признать победителем по лоту №1, №2, №3, №4 - ТОО «А-37», БИН: 051 140 004 027, на основании ч. 3 п. 112 гл. 10 Правил (в связи с участием одного потенциального

поставщика) ценовое предложение и документы соответствуют требованиям главы 4 Правил;

5. Заказчику в течение трех календарных дней направить подписанный договор закупа ТОО «А-37».

Начальник отдела государственных закупок
ГКП на ПХВ «АМКБ»



Сарсенова Ж.И.