

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГКП на ПХВ «Алматинская
 многопрофильная клиническая больница»
 ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»
 Ж.М. Молдакулов
 «24» мая 2019 года



Протокол №61
итогов государственных закупок, способом запроса ценовых предложений.

Организатор ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области», расположенное по адресу: г. Алматы, ул. А. Демченко, д. 83 Б, провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений в соответствии с гл. 10 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее Правила) лекарственных средств и изделий медицинского назначения:

1. Наименование, краткое описание, цена закупаемых товаров, выделенная сумма для закупок:

№	Наименование ИМН	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Выделенная сумма
1	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии	Технические особенности сета PrismaFlex – Система магистралей и фильтр, объединенные в единый сет – Отсутствие контакта крови с воздухом в уникальной воздушной ловушке – Закрытые роторы насосов – Минимальный объем заполнения сета – Быстрая и легкая установка, автоматические загрузка, тестирование и заполнение – Возможность загрузки сета без снятия стерильной упаковки – Пошаговые графические инструкции на дисплее – Автоматическое определение типа сета, диапазона скоростей потоков и границ тревоги – Использование любого сета для процедур с различным соотношением пре- и постразведения Возможно использование мешков для сбора эффлюента емкостью 5000 мл и 9000 Характеристика сета: – Поток крови – 100-450 мл/мин – Поток диализата – 8000 мл/час – Макс.фильтрация – 8000 мл/час – Объем заполнения сета – 186 – Объем промывки – 2000 мл – Минимальная масса тела пациента – 30 кг	шт	2	231 400

Раствор антикоагулянта 10/2 500,0мл.	Готовый к использованию стерильный раствор для ограниченной цитратной антикоагуляции. Назначение: Раствор антикоагулянта 10/2 предназначен для обеспечения цитратной антикоагуляции в контуре крови во время проведения процедур продолжительной почечно-заместительной терапии. Данный раствор должен использоваться в режиме предразведения и только с аппаратом для проведения продолжительной почечно-заместительной терапии, поддерживающим функцию цитратной антикоагуляции. Раствор предназначен для использования врачом, компетентным в проведении лечения почечной недостаточности с использованием методик непрерывной почечно-заместительной терапии, либо под его непосредственным контролем. Раствор предназначен только для однократного применения. Состав готового к использованию раствора: <table><tr><td>Компонент</td><td>Содержание</td></tr><tr><td>Цитрат</td><td>10 ммоль/л</td></tr><tr><td>Лимонная кислота</td><td>2 ммоль/л</td></tr><tr><td>Натрий</td><td>136 ммоль/л</td></tr><tr><td>Хлорид</td><td>106 ммоль/л</td></tr></table>	Компонент	Содержание	Цитрат	10 ммоль/л	Лимонная кислота	2 ммоль/л	Натрий	136 ммоль/л	Хлорид	106 ммоль/л	шт	20	224 000
Компонент	Содержание													
Цитрат	10 ммоль/л													
Лимонная кислота	2 ммоль/л													
Натрий	136 ммоль/л													
Хлорид	106 ммоль/л													

	Раствор бикарбонатного буфера для непрерывного гемодиализа, гемофильтрации и гемодиализации. - показан для коррекции и поддержания кислотно-основного баланса при проведении непрерывной почечно-заместительной терапии - улучшенная конструкция двухкомпонентный мешок для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию - быстрого и лёгкого смешивания компонентов в стерильных условиях (достаточно надломить перегородку компонентов) - получения 5000мл раствора после смешивания Мешок из материала ПВХ специально созданный для растворов с $pH > 7$ - низкая концентрация лактата обеспечивает стабильное физиологическое значение pH после смешивания компонентов - концентрация бикарбоната специально подобрана для эффективной коррекции и поддержания кислотно-основного баланса пациента - две разные концентрации калия обеспечат восстановление и поддержание нормокалиемии Состав раствора: <table><tr><td></td><td>Ммол/л</td><td>Мэкв/л</td></tr><tr><td>Натрий</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td>Калий</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Кальций</td><td>1,75</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Магний</td><td>0,5</td><td>1</td></tr><tr><td>Хлор</td><td>113,5</td><td>113,5</td></tr><tr><td>Бикарбонат</td><td>32</td><td>32</td></tr><tr><td>Лактат</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Глюкоза</td><td>6,1</td><td></td></tr></table>		Ммол/л	Мэкв/л	Натрий	140	140	Калий	4	4	Кальций	1,75	3,5	Магний	0,5	1	Хлор	113,5	113,5	Бикарбонат	32	32	Лактат	3	3	Глюкоза	6,1				
	Ммол/л	Мэкв/л																													
Натрий	140	140																													
Калий	4	4																													
Кальций	1,75	3,5																													
Магний	0,5	1																													
Хлор	113,5	113,5																													
Бикарбонат	32	32																													
Лактат	3	3																													
Глюкоза	6,1																														
Раствор гемодиализный		шт	20	182 000																											

2. Дата и время представления потенциальными поставщиками ценового предложения, информация о присутствовавших потенциальных поставщиках при процедуре вскрытия конвертов:

№ лота	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата и время представления ценового предложения	Присутствовали при процедуре вскрытия конвертов
1	ТОО «DIAMED TECHNIK» (Диамед техник)	г.Алматы, ул. Лобачевского д.78А	23.05.2019 08.00	-


3. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии	шт	2	115 700
2.	Раствор антикоагулянта 10/2 500,0мл.	шт	20	11 200

3.	Раствор гемодиализный	шт	20	9 100
----	-----------------------	----	----	-------

4. По лоту №1, 2, 3 участвовал один потенциальный поставщик ТОО «DIAMED TECHNIK» (Диамед техник) БИН: 081 240 018 016, ценовое предложение и документы соответствуют требованиям главы 4 Правил.
5. На основании представленных документов организатор закупа решил:
 - признать победителем по лоту №1, 2, 3 - ТОО «DIAMED TECHNIK» (Диамед техник) БИН: 081 240 018 016, на основании ч. 3 п. 112 гл. 10 Правил (в связи с участием одного потенциального поставщика);
6. Заказчику в течение трех календарных дней направить ТОО «DIAMED TECHNIK» (Диамед техник) БИН: 081 240 018 016 подписанный договор закупа.

Начальник отдела государственных закупок
ГКП на ПХВ «АМКБ»



Сарсенова Ж.И.