

Заключение о соответствии предлагаемых изделий технической спецификации

Участвовали в тендере по закупке изделий медицинского назначения для эндопротезирования на 2017 год ТОО "ЖанаМед Тех", ТОО "ВизаМед Плюс", ТОО "АРЕХ", ТОО "А-37"
 ТОО "ЖанаМед Тех", ТОО "ВизаМед Плюс" представили ценовое предложение по лотам №50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 на продукцию производителя De Souter Medical Limited (Великобритания)
 ТОО "АРЕХ", ТОО "А-37" представили ценовое предложение по лотам №50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 на продукцию производителя Stryker Instruments (США)

Лот	Техническая спецификация по тендеру	De Souter Medical Limited (Великобритания)	Stryker Instruments (США)
50	Зарядное устройство универсальное для системы хирургической. Устройство зарядное универсальное от сети 220V, возможность одновременной зарядки до 4х аккумуляторов, отражение цикла зарядки на дисплее, отделено для каждого гнезда, цикл зарядки включает в себя изначальную полную зарядку батареек, для предотвращения эффекта "памяти". Возможность зарядки не стерилизуемого аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него. Дисплей: жидкокристаллический монохромный, цвет подсветки – синий. Электрические характеристики: Вход: 230 В, 0.9 А, 50-60 Гц, Выход: открытый контур 20 В. Механические характеристики: Размеры: ширина х, высота х длина (257х130х394 мм). Масса: 5.2 кг.	В техническом описании потенциального поставщика: 1) не указано наличие отображения цикла зарядки на дисплее; 2) не указано наличие функции, предотвращающей эффекта "памяти" у батареек; 3) не указана возможность зарядки нестерилизуемого аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него; 4) не указаны габариты зарядного устройства	соответствует
51	Дрель хирургическая двухклавишная. Дрель двухклавишная аккумуляторная, канюлированная двумя клавишами на рукоятке, с плавной регулировкой скорости силой нажатия. Режимы вперед, назад, осцилляторный, безопасный. Не требует отдельных насадок для дрели и римера (переклочение режима дрель/ример на рукоятке), максимальная скорость в режиме дрели 1200 об/мин.в режиме римера 270 об/мин, Мощность в режиме римера 16,95 N/m. Установка насадки в любом положении(360°) Вес с батареей 1,6кг. Высота (с батареей) - 8,6 дюймов (219 мм), Ширина – 1,5 дюйма (38 мм), Длина – 6,0 дюймов (153 мм)	1. В режиме риммирования максимальная скорость вращения должна быть не ниже 270 об/мин, рукоятка производства De Souther Medical Limited развивает максимально 200 об/мин, что не соответствует запрашиваемым техническим требованиям; 2. В техническом описании рукояток производства De Souther Medical Limited: 1) не указаны габариты и вес, нет четких параметров для определения соответствия с техническим заданием; 2) не указано количество клавиш рукоятки; 3) не указан материал изготовления рукоятки; 4) не указана возможность работы без отдельных насадок для дрели и римера рукоятки	соответствует

52	Пила хирургическая сагиттальная. Пила сагиттальная System 7, аккумуляторная управление одной клавишей на рукоятке, 2 режима скорости: 12000 и 1000 циклов в минуту, бесключевое крепление лезвий, возможность фиксации лезвия в различных положениях по оси, с шагом 45°, амплитуда движений 5°, вес с батареей 1,58 кг, высота 216 мм, [8,5 дюймов] (с батареей), ширина 38 мм [1,50 дюйма], длина 163 мм [6,4 дюйма]	В техническом описании потенциального поставщика: 1) не указана длина, ширина, высота (с батареей), вес рукоятки Пилы; 2) не указано количество фиксированных режимов скорости рукоятки Пилы; 3) не указан способ установки лезвий рукоятки; 4) не указана возможность фиксации лезвия в различных положениях по оси рукоятки; 5) не указан градус амплитуды движений лезвия рукоятки.	соответствует
53	Насадка хирургическая для двуклавишной дрели, размером 0.7-2.0 мм.(для проведения спиц). Канюлированная, фиксируется на дрели автоматически без ключа. Насадка оснащается специальным рычагом для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона. Диаметр фиксируемой спицы-0.7-2.0 мм.	нет четких параметров для определения соответствия с техническим заданием;	соответствует
54	Насадка хирургическая, модифицированная (для риммирования). Патрон должен быть с быстрым бесключевым соединением. Количество граней хвостовика: не менее 6, количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6, наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона.	нет четких параметров для определения соответствия с техническим заданием;	соответствует
55	Насадка хирургическая под ключ 1/4 (для сверления). Патрон с ключевым соединением до 6,35мм, 3-х кулачковый механизм фиксации. Возможность фиксации любых сверл диаметром до 6,35 мм. Количество зубцов фиксационного механизма: не менее 31, количество граней хвостовика: не менее 6. Количество специальных прорезей для более надежной и точной фиксации хвостовика патрона в дрели: не менее 6. Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к дрели и предотвращению выпадения патрона.	В техническом описании потенциального поставщика: 1) не указан максимальный диаметр фиксируемых сверел; 2) не указано количество зубцов фиксационного механизма	соответствует

56	Батарея аккумуляторная большая нестерилизуемая для системы хирургической. Батарея аккумуляторная большая SmartLife для системы хирургической System-7. Материал: литий-ионный (Li-Ion). Должен иметь световой индикатор на аккумуляторе, сообщающий о практически полном разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен удерживать не менее 90% заряда в течение 10 суток. Должен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при лёгкой нагрузке (5А), 8,8 мин при средней (15 А), 4,4 мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: 9,9 В, Емкость: не менее 2,2 А-ч. Запоминающие устройства в батарее: микрочип, запоминающий количество циклов перезарядок. Крепление: защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного цвета. Размеры аккумулятора: Длина: не более 84 мм, Ширина: не более 71 мм, Высота: не более 76 мм, Масса: не более 410 г.	В техническом описании потенциального поставщика: 1) не указано наличие светового индикатора на аккумуляторе, сообщающего о практически полном разряде батареи; 2) не указан период времени, при котором аккумулятор удерживает 90% заряда; 3) не указано время непрерывной работы при лёгкой, средней, тяжёлой нагрузке; 4) не указана емкость 1,95 А-ч, запрашиваемый мед. учреждением параметр не менее 2,2 А-ч; 5) не указано наличие запоминающего устройства в батарее, запоминающего количество циклов перезарядок 6) не указаны габариты.	соответствует
57	Чехол стерилизуемый для батареи аккумуляторной большой для системы хирургической. Чехол, стерилизуемый для нестерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и крышка чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством целлюлозной металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - защелкивающийся механизм трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой". Размеры : длина- 95 мм, ширина- 74,4 мм, высота- 100,8 мм, масса- 0,24 кг.	В техническом описании потенциального поставщика: 1) не указаны длина, ширина, высота, вес; 2) не указан материал изготовления и способ соединения с рукоятками; 3) не указано отсутствие\наличие соединительных проводов внутри корпуса	соответствует

Заместитель директора по качеству оказания медицинских услуг

Сайлаубекулы Е.

Сайлаубекулы Е.

Заведующий отделением травматологии

Малаев Т.А.