

Экспертное заключение по тендеру по закупке реагентов и расходных материалов для пренатального и неонатального скрининга на анализатор «Автоделфия» на 2017 год.

г. Алматы

«20» апреля 2017 год.

Нами экспертами:

Заведующая медико – генетическим отделением - Нартбаева А.Б., врач лаборант – Танжарык М., врач лаборант – Тургынбаева А.К., действующими на основании приказа №108 – п от 16 марта 2017 года, было проведено рассмотрение и изучение технических спецификации закупаемых реагентов и расходных материалов для пренатального и неонатального скрининга на анализатор «Автоделфия», для подтверждения соответствия либо несоответствия предлагаемых потенциальными поставщиками технической спецификации.

Отделом Государственных закупок ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области» на рассмотрение были представлены технические спецификации следующих потенциальных поставщиков:

- ТОО «СВАРЗ»;
- ТОО «Орбита - Медик»;
- ТОО «Диас - 98».


Рассмотрение технические спецификации ТОО «Орбита - Медик» и ТОО «Диас - 98» на лот 3 «Реагенты к неонатального скрининга для количественного определения тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови на 960 определений» - 35 наборов и лот №4 «Реагенты к неонатального скрининга для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определений» - 35 наборов, предлагаемые технические спецификации на вышеуказанные лоты соответствуют.


Рассмотрена техническая спецификация - ТОО «СВАРЗ» » на лот № 3 «Реагенты к неонатального скрининга для количественного определения тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови на 960 определений» - 35 наборов и лот №4 «Реагенты к неонатального скрининга для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определений» - 35 наборов, есть не соответствия по диапазону определяемых концентраций. А именно набор «ТТГ-НЕОСКРИН» позволяет определять концентрацию ТТГ в диапазоне концентраций от 10,0 до 250 мкМЕ/мл крови, тогда как в технической спецификации концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл. Регистрация сигнала на флуориметре в режиме флуоресценции при длине волны возбуждения 390 нм и регистрации 485 нм осуществляется в непрозрачных планшетах. А в технической спецификации тендерной документации длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание), так же диапазон определяемых концентраций ФА 30-1250 мкмоль/л., в технической спецификации тендерной документации концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л. Чувствительность. Минимальная концентрация ФА, выявляемая набором не превышает 15 мкмоль/л. Нами было указано чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл.


Вывод: из перечня представленных потенциальных поставщиков технические спецификации на вышеуказанные лоты ТОО «Орбита - Медик» и ТОО «Диас - 98» являются аналогичными и используются для проведения неонатального скрининга с

использованием для закрытого анализатора «Автоделфия» и могут быть рекомендованы при подведения итогов проводимого тендера.

Члены экспертной комиссии:

 Нартбаева А.Б.

 Танжарык М.

 Тургынбаева А.К.