

Экспертное заключение

Согласно тендерной документации по закупу медицинских изделий для эндоваскулярных вмешательств на 2025 год ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница», по лотам:

ТОО «DIVES» (ДИВЕС) по лотам №38, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «Глобал Медикал» по лотам №114, №115 - соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «ArtiMed» по лотам №25, №37, №39 - соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «МедКор» по лотам №102, №103, №104- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «DANA ESTRELLA» по лотам №1, №3, №5, №8, №10, №19, №20, №21, №24, №26, №40, №54, №55, №56 - соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «Олива» по лотам №111, №112- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «Galamat Integra» по лоту №33- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «AB-Service Company» по лотам №75, №76, №77, №78, №79, №80, №81, №117- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «Мерусар и К» по лоту №32- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «Med Co» (Мед Ко) по лотам №2, №4, №6, №27, №29, №30, №31, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №99, №100, №105, №106, №107 - соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «ARTUMED» по лотам №11, №12, №15, №22, №41, №42, №44, №45, №108, №109, №110, №116- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «Медтроник Казахстан» по лотам №17, №18, №86, №87, №88, №89 - соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «DENS AU» по лотам №16, №66, №67, №68, №69, №70, №71, №72, №73, №74, №82, №83, №84, №119 - соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «ABMG Expert» по лотам №7, №9, №13, №14, №23, №43, №49, №50, №51, №52, №53, №85, №95 - соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «DOLCE» по лоту №32- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «Varus Trade» по лотам №47, №48- соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «Intermedica-NS» по лотам №35, №36 - соответствует технической спецификации тендерной документации;

ТОО «ТрансСнабЛогистика» по лотам №47, №48 – не соответствует технической спецификации тендерной документации:

По лоту 47

Техническая спецификация заявленного ИМН	Техническое спецификация предлагаемого ИМН ТОО «ТрансСнабЛогистика»
<p>Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта.</p> <p>Проксимальный диаметр (D1) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46.</p> <p>Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46.</p>	<p>Согласно сайту http://register.ndda.kz/ База данных Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий Регистрационному удостоверению РК МИ (ИМН)-ON№028036 технической спецификации абсолютно разные покрытие стент графта. В предоставленном тендерном документе техническая спецификация просто было скопировано от тендерной документации. Стент -графт потенциального поставщика: Стент-графт состоит из проницаемой ткани из полиэстера (ПЭТ), что не соответствует с технической спецификации тендерной документации. Диапазон проксимального и дистального диаметров от 12 до 44 мм при большом диаметре аорты до 46 мм не смогут предоставить изделие, что не соответствует с технической спецификации тендерной документации.</p>

По лоту №48

Техническая спецификация заявленного ИМН	Техническое спецификация предлагаемого ИМН ТОО «ТрансСнабЛогистика»
<p>Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта.</p> <p>Проксимальный диаметр (D0) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34.</p> <p>Диаметр для односторонней/противоположной конечности (D1) (мм): 10,12.</p>	<p>Согласно сайту http://register.ndda.kz/ База данных Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий Регистрационному удостоверению РК МИ (ИМН)- ON№027425 технической спецификации абсолютно разные покрытие стент графта. В предоставленном тендерном документе техническая спецификация просто было скопировано от тендерной документации. Стент -графт потенциального поставщика: Стент-графт состоит из проницаемой ткани из полиэстера (ПЭТ), что не соответствует с технической спецификации тендерной документации. Варианты диаметров основного модуля от 22 до 34 мм, в случае необходимости имплантации 20 мм не смогут поставить изделие, что не соответствует с технической спецификации тендерной документации. Диаметр ипсилатерального и котрательного дистальных концов фиксируется на уровне 12 мм, в случае необходимости имплантации 10 мм не смогут</p>

	предоставить изделие, что не соответствует с технической спецификации тендерной документации.
--	---

ТОО «Clever Medical» по лотам №13, №14, №23, №32, №35, №36, №45 –соответствует технической спецификации тендерной документации, по лотам №7, №9 не соответствует технической спецификации тендерной документации:

По лоту №7

Техническая спецификация заявленного ИМН	Техническое спецификация предлагаемого ИМН ТОО «Clever Medical»
1) Специально разработанная сверхнизкая толщина страт 50µm для ускорения раннего сосудистого заживления, а также для уменьшения риска повреждения сосудов, воспалений и образований тромбов по сравнению со стентами с более толстыми стратами/ 2) Полное выведение лекарственного препарата, через 30 дней после имплантации.	1) Толщина стенки стента от 84мкм до 88мкм не более, что не соответствует с технической спецификации тендерной документации. 2) Полное высвобождения лекарственного вещества и разрушения полимерного покрытия в течение от 6 до 9 мес, что не соответствует с технической спецификации тендерной документации.

По лоту №9


Техническая спецификация заявленного ИМН	Техническое спецификация предлагаемого ИМН ТОО «Clever Medical»
Катетер должен иметь размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45.	Было взято техническая спецификация с сайта http://register.ndda.kz/ База данных Государственного реестра лекарственных средств и медицинских изделий Регистрационному удостоверению РК МИ (ИМН)- ON№027415. Так как в предоставленном тендерном документе техническая спецификация просто было скопировано от тендерной документации. Длина баллона – от 5 мм до 30 мм что не соответствует с технической спецификации тендерной документации. Другие технические спецификации не указаны.

ТОО «СМС Медикал Казахстан» по лоту №32- не соответствует технической спецификации тендерной документации:

Техническая спецификация заявленного ИМН	Техническое спецификация предлагаемого ИМН ТОО «Clever Medical»
Длина проводников не менее 70,80, 100,120,145,150, и не более 180 см	Длина проводника составляет 80см и 150см, в случае необходимости предоставление длины 180 см будет не возможным, что не

	соответствует с технической спецификации тендерной документации.
--	---

Дата 24.01.2025 год

Подпись  Садыков А.С.